



KLASA: 333-01/18-02/27
URBROJ: 2137-19-07-18-5
Koprivnica, 2.05.2018.

***IZMJENA DIJELA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU PLINSKOG
KROMATOGRAFA S PLAMENO-IONIZIRACIJSIM DETEKTOROM ZA
ODREĐIVANJE UKUPNIH UGLJIKOVODIKA***

Evidencijski broj:31/2018

IZMJENA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE – Prilog 1

Dio tehničke specifikacije točka **Pećnica** mijenja se i glasi „zagrijavanje do 450 °C uz razlučivanje temperature 0,1 °C, hlađenje max. 5 min od 450 °C do 50 °C“.

Dio Načina dostave ponuda koji se odnosi na rok dostave ponuda mijenja se i glasi. „... , do **zaključno 10.05.2018. godine**“.

**IZMJENA DIJELA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU PLINSKOG
KROMATOGRAFA S PLAMENO-IONIZIRACIJSIM DETEKTOROM ZA
ODREĐIVANJE UKUPNIH UGLJIKOVODIKA**